

Determinar o tamanho de grão da micrografia pelo método do intercepto linear e pelo método do diâmetro equivalente (segundo a norma ASTM E112, $d=\sqrt{1/NA}$).

